

# Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Chapadinha  
Prefeitura Municipal de Chapadinha  
Pregão Eletrônico - 028/2024



## Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
26/07/2024 13:14	26/07/2024 20:00	02/08/2024 23:59	07/08/2024 08:28	07/08/2024 08:30

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtds	Unidade	Observações
0001	EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - SISTEMA DE ULTRASSONOGRAFIA TOTALMENTE DIGITAL, PORTÁTIL, PARA USO EM EXAMES ABDOMINAL, VASCULAR, PEQUENAS PARTES, MÚSCULO-ESQUELETICO, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS LOCAIS E APlicações SUPERFÍCIAIS. PLATAFORMA BASEADA EM SOFTWARE WINDOWS, PARA GERENCIAMENTO DO FLUXO DE INFORMAÇÕES COM CAPACIDADE DE ATUALIZAÇÕES FUTURAS. SISTEMA COM PELO MENOS 99.000 CANAIS DE PROCESSAMENTO DIGITAL IMAGEM DE MODO B COM 256 NÍVEIS DE CINZA. PESO DE NO MÁXIMO DE 6.0KG PARA TORNAR VIÁVEL O TRANSPORTE. BATERIA RECARREGÁVEL PARA NO MÍNIMO 60 MINUTOS DE UTILIZAÇÃO EM EXAMES SEM QUE SEJA NECESSÁRIA A CONEXÃO A REDE ELÉTRICA. MONITOR LCD COLORIDO DE NO MÍNIMO 14" TELA PLANA DE ALTA RESOLUÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO. DISCO RÍGIDO OU MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL DE NO MÍNIMO 100 GB FAIXA DINÂMICA DE PELO MENOS 220 DB. TAXA DE QUADROS DE PELO MENOS 1.200 QUADROS POR SEGUNDO. (FRAME RATE) TECLADO ALFANUMÉRICO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO, NÃO RETRÁTIL, ERGONÔMICO, COM ILUMINAÇÃO INDICADORA DA TECLA ATIVA, CONTROLE DE FUNÇÕES ATRAVÉS DE TRACK BALL. 02 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTOR. IMAGEM TRAPEZOIDAL PARA TRANSDUTORES LINEARES COM GANHO REAL NA DE ÁREA DE VISUALIZAÇÃO. TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B, DOPPLER COLORIDO E PULSADO COM APENAS UM TOQUE. VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM EM MODO B COM DOPPLER COLORIDO DE UM LADO E MODO B DE OUTRO EM TEMPO REAL. DICOM 3.0 SEGUNDA HARMÔNICA TECIDUAL. IMAGEM HARMÔNICA COM INVERSÃO DE PULSO. SOFTWARE INTEGRADO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA AGULHA E DA ANATOMIA EM MODO B. SOFTWARE INTEGRADO PARA VISÃO EXPANDIDA DA ANATOMIA OU IMAGEM PANORÂMICA, PARA GERAR IMAGENS DE ATÉ 60 CM, CAPACIDADE PARA REALIZAR MEDIDAS NESTAS IMAGENS EM MODO B EM TODOS OS TRANSDUTORES SISTEMA DEVERÁ FORMAR IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO M COLOR, DOPPLER PULSADO, DOPPLER COLORIDO, DOPPLER CONTÍNUO MODOS DE DIVISÃO DE IMAGEM: MODO B, B/B, 4B, DOPPLER COLORIDO: B/C, B/C/M. DOPPLER ESPECTRAL B/C/D, B/D E D COM DU	102.200,00	1	UND	Fracassado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/07/2024	15_-_EDITAL_P.E._028-2024_-_Aquisicao_equip_ultrassom_assinado.pdf



## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Fis 10615  
Proc N° 028/2024

Data	Assunto	Frase
07/08/2024 - 10:28:35	Negociação aberta para o processo 028/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 10:49:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 10:49:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 11:23:33	Documentos solicitados para o processo 028/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 11:24:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2024 - 14:38:19	Documentos solicitados para o processo 028/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/08/2024 - 09:41:23	Documentos solicitados para o processo 028/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2024 - 09:44:48	Documentos solicitados para o processo 028/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2024 - 10:09:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2024 - 10:09:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2024 - 10:09:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2024 - 10:25:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2024 - 11:03:17	Documentos solicitados para o processo 028/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2024 - 14:48:59	Documentos solicitados para o processo 028/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 028/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Propostas Enviadas

**0001 - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL** - Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames abdominal, vascular, pequenas partes, músculo-esquelético, procedimentos anestésicos locais e aplicações superficiais.

Plataforma baseada em Software Windows, para gerenciamento do fluxo de informações com capacidade de atualizações futuras.

Sistema com pelo menos 99.000 canais de processamento digital

Imagen de modo B com 256 níveis de cinza.

Peso de no máximo de 6.0Kg para tornar viável o transporte.

Bateria recarregável para no mínimo 60 minutos de utilização em exames sem que seja necessária a conexão a rede elétrica.

Monitor LCD Colorido de no mínimo 14" tela plana de alta resolução incorporado ao equipamento.

Disco Rígido ou Memória não volátil de no mínimo 100 GB

Faixa Dinâmica de pelo menos 220 dB.

Taxa de quadros de pelo menos 1.200 quadros por segundo. (Frame Rate)

Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento, não retrátil, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa, controle de funções através de track ball.

02 portas ativas para transdutor.

Imagen trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na de área de visualização.

Técnica de otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B, Doppler Colorido e



Pulsado com apenas um toque.

Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real.

Dicom 3.0

Segunda Harmônica Tecidual.

Imagen Harmônica com Inversão de Pulso.

Software integrado para melhor visualização da agulha e da anatomia em Modo B.

Sofware integrado para visão expandida da anatômica ou imagem panorâmica, para gerar imagens de até 60 cm, capacidade para realizar medidas nestas imagens em modo B em todos os transdutores.

Sistema deverá formar imagens em modo B, modo M, modo M color, Doppler Pulsado, Doppler Colorido, Doppler Contínuo

Modos de divisão de imagem: Modo B, B/B, 4B, Doppler Colorido: B/C, B/C/M. Doppler Espectral B/C/D, B/D e D com Du

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	06/08/2024 - 09:53:33	VINNO A5	VINNO A5	1	102.200,00	R\$ 102.200,00	Sim
HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	30.749.060/0001-72	06/08/2024 - 10:00:50	AX3	EDAN	1	102.000,00	R\$ 102.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	06/08/2024 - 14:04:36	A5	VINNO	1	102.000,00	R\$ 102.000,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	06/08/2024 - 15:04:22	5	VINNO	1	102.200,00	R\$ 102.200,00	Sim
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	08.675.394/0001-90	06/08/2024 - 16:23:35	MX7	MINDRAY	1	161.140,00	R\$ 161.140,00	Não
O C E TORRES LTDA	50.979.927/0001-93	06/08/2024 - 15:40:51	Und.	PHILIPS	1	102.200,00	R\$ 102.200,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	08.675.394/0001-90	90 dias
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	90 dias
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	90 dias
HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	30.749.060/0001-72	120 dias
O C E TORRES LTDA	50.979.927/0001-93	120 dias
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	120 dias

## Lances Enviados

0001 - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames abdominal, vascular, pequenas partes, músculo-esquelético, procedimentos anestésicos locais e aplicações superficiais.

Plataforma baseada em Software Windows, para gerenciamento do fluxo de informações com capacidade de atualizações futuras.

Sistema com pelo menos 99.000 canais de processamento digital

Imagen de modo B com 256 níveis de cinza.

Peso de no máximo de 6.0Kg para tornar viável o transporte.

Bateria recarregável para no mínimo 60 minutos de utilização em exames sem que seja necessária a conexão a rede elétrica.

Monitor LCD Colorido de no mínimo 14" tela plana de alta resolução incorporado ao equipamento.

Disco Rígido ou Memória não volátil de no mínimo 100 GB

Faixa Dinâmica de pelo menos 220 dB.

Taxa de quadros de pelo menos 1.200 quadros por segundo. (Frame Rate)

Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento, não retrátil, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa, controle de funções através de track ball.

02 portas ativas para transdutor.

Imagen trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na de área de visualização.



**Técnica de otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B, Doppler Colorido e Pulsado com apenas um toque.**

**Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real.**

**Dicom 3.0**

**Segunda Harmônica Tecidual.**

**Imagen Harmônica com Inversão de Pulso.**

**Software integrado para melhor visualização da agulha e da anatomia em Modo B.**

**Sofware integrado para visão expandida da anatômica ou imagem panorâmica, para gerar imagens de até 60 cm, capacidade para realizar medidas nestas imagens em modo B em todos os transdutores.**

**Sistema deverá formar imagens em modo B, modo M, modo M color, Doppler Pulsado, Doppler Colorido, Doppler Contínuo**

**Modos de divisão de imagem: Modo B, B/B, 4B, Doppler Colorido: B/C, B/C/M. Doppler Espectral B/C/D, B/D e D com Du**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/08/2024 - 09:53:33	102.200,00 (proposta)	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
06/08/2024 - 10:00:50	102.000,00 (proposta)	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não atendeu a solicitação constante em ata em atendimento as exigências do edital. 08/08/2024 17:33:48
06/08/2024 - 14:04:36	102.000,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Empresa não atendeu a solicitação constante no sistema em conformidade com as exigências do edital. 09/08/2024 14:39:15
06/08/2024 - 15:04:22	102.200,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada nesta pregão. 08/08/2024 14:35:55
06/08/2024 - 15:40:51	102.200,00 (proposta)	50.979.927/0001-93 - O C E TORRES LTDA	Cancelado - Não houve cumprimento da empresa quanto ao envio da documentação de habilitação e proposta de preços exigida no sistema em cumprimento ao constante no edital. 14/08/2024 14:47:47
06/08/2024 - 16:23:35	161.140,00 (proposta)	08.675.394/0001-90 - SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	Cancelado - Não houve compra da empresa SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA com relação a solicitação registrada em ata, ficando esta licitante desclassificada nesta licitação. 15/08/2024 17:30:01
07/08/2024 - 09:48:53	102.000,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada nesta pregão. 08/08/2024 14:35:55
07/08/2024 - 10:02:22	102.199,99	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:02:26	102.199,98	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:02:30	102.199,97	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:02:37	102.199,96	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:02:39	102.199,95	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:02:45	102.199,94	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:02:54	102.199,93	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00

Fis. 0617  
Proc. N° 028 2024






07/08/2024 - 10:05:06	102.199,75	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:05:10	102.199,74	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:05:21	102.199,73	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:05:25	102.199,72	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:05:36	102.199,71	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:05:38	102.199,70	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:05:42	102.199,69	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:05:58	102.199,68	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:06:11	102.199,67	84.972.926/0001-39 - J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão. 14/08/2024 11:02:00
07/08/2024 - 10:07:02	92.000,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada nesta pregão. 08/08/2024 14:35:55
07/08/2024 - 10:09:49	100.000,00 (lance oculto)	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não atendeu a solicitação constante em ata em atendimento as exigências do edital. 08/08/2024 17:33:48

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



15/06/2024 - 17:30:01

SAFE SUPORTE A VIDA E  
COMÉRCIO  
INTERNACIONAL LTDA.

10620

Fis  
Proc. N° 098 2024  
ASS

Item 0001 - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames abdominal, vascular, pequenas partes, músculo-esquelético, procedimentos anestésicos locais e aplicações superficiais.  
Plataforma baseada em Software Windows, para gerenciamento do fluxo de informações com capacidade de atualizações futuras.  
Sistema com pelo menos 99.000 canais de processamento digital  
Imagem de modo B com 256 níveis de cinza.  
Peso de no máximo de 6,0Kg para tornar viável o transporte.  
Bateria recarregável para no mínimo 60 minutos de utilização em exames sem que seja necessária a conexão a rede elétrica.  
Monitor LCD Colorido de no mínimo 14" tela plana de alta resolução incorporado ao equipamento.  
Disco Rígido ou Memória não volátil de no mínimo 100 GB  
Faixa Dinâmica de pelo menos 220 dB.  
Taxa de quadros de pelo menos 1.200 quadros por segundo. (Frame Rate)  
Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento, não retrátil, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa, controle de funções através de track ball.  
02 portas ativas para transdutor.  
Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na de área de visualização.  
Técnica de otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B, Doppler Colorido e Pulsado com apenas um toque.  
Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real.  
Dicom 3.0  
Segunda Harmônica Tecdidual.  
Imagem Harmônica com Inversão de Pulso.  
Software integrado para melhor visualização da agulha e da anatomia em Modo B.  
Software integrado para visão expandida da anatomia ou imagem panorâmica, para gerar imagens de até 60 cm, capacidade para realizar medidas nestas imagens em modo B em todos os transdutores.  
Sistema deverá formar imagens em modo B, modo M, modo M color, Doppler Pulsado, Doppler Colorido, Doppler Contínuo  
Modos de divisão de imagem: Modo B, B/B, 4B, Doppler Colorido: B/C, B/C/M, Doppler Espectral B/C/D, B/D e D com Du

Desclassificação: Não houve comprimento da empresa SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA com relação a solicitação registrada em ata, ficando esta licitante desclassificada nesta licitação.

14/08/2024 - 11:02:00

J.RIBEIRO COMÉRCIO  
ATACADISTA LTDA-EPP

84.972.926/0001-39

Item 0001 - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames abdominal, vascular, pequenas partes, músculo-esquelético, procedimentos anestésicos locais e aplicações superficiais.  
Plataforma baseada em Software Windows, para gerenciamento do fluxo de informações com capacidade de atualizações futuras.  
Sistema com pelo menos 99.000 canais de processamento digital  
Imagem de modo B com 256 níveis de cinza.  
Peso de no máximo de 6,0Kg para tornar viável o transporte.  
Bateria recarregável para no mínimo 60 minutos de utilização em exames sem que seja necessária a conexão a rede elétrica.  
Monitor LCD Colorido de no mínimo 14" tela plana de alta resolução incorporado ao equipamento.  
Disco Rígido ou Memória não volátil de no mínimo 100 GB  
Faixa Dinâmica de pelo menos 220 dB.  
Taxa de quadros de pelo menos 1.200 quadros por segundo. (Frame Rate)  
Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento, não retrátil, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa, controle de funções através de track ball.  
02 portas ativas para transdutor.  
Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na de área de visualização.  
Técnica de otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B, Doppler Colorido e Pulsado com apenas um toque.  
Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real.  
Dicom 3.0  
Segunda Harmônica Tecdidual.  
Imagem Harmônica com Inversão de Pulso.  
Software integrado para melhor visualização da agulha e da anatomia em Modo B.  
Software integrado para visão expandida da anatomia ou imagem panorâmica, para gerar imagens de até 60 cm, capacidade para realizar medidas nestas imagens em modo B em todos os transdutores.  
Sistema deverá formar imagens em modo B, modo M, modo M color, Doppler Pulsado, Doppler Colorido, Doppler Contínuo  
Modos de divisão de imagem: Modo B, B/B, 4B, Doppler Colorido: B/C, B/C/M, Doppler Espectral B/C/D, B/D e D com Du

Desclassificação: Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão.



08/08/2024 - 14:35:55

M CARREGA COMÉRCIO  
DE PRODUTOS  
HOSPITALARES

Fis 10621

Proc. N° D28 2024

Ass. M

Item 0001 - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames abdominal, vascular, pequenas partes, músculo-esquelético, procedimentos anestésicos locais e aplicações superficiais.  
Plataforma baseada em Software Windows, para gerenciamento do fluxo de informações com capacidade de atualizações futuras.  
Sistema com pelo menos 99.000 canais de processamento digital  
Imagem de modo B com 256 níveis de cinza.  
Peso de no máximo de 6.0Kg para tornar viável o transporte.  
Bateria recarregável para no mínimo 60 minutos de utilização em exames sem que seja necessária a conexão a rede elétrica.  
Monitor LCD Colorido de no mínimo 14" tela plana de alta resolução incorporado ao equipamento.  
Disco Rígido ou Memória não volátil de no mínimo 100 GB  
Faixa Dinâmica de pelo menos 220 dB.  
Taxa de quadros de pelo menos 1.200 quadros por segundo. (Frame Rate)  
Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento, não retrátil, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa, controle de funções através de track ball.  
02 portasativas para transdutor.  
Imagen trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na de área de visualização.  
Técnica de otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B.  
Doppler Colorido e Pulsado com apenas um toque.  
Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real.  
Dicom 3.0  
Segunda Harmônica Tecdidual.  
Imagen Harmônica com Inversão de Pulso.  
Software integrado para melhor visualização da agulha e da anatomia em Modo B.  
Software integrado para visão expandida da anatomia ou imagem panorâmica, para gerar imagens de até 60 cm, capacidade para realizar medidas nestas imagens em modo B em todos os transdutores  
Sistema deverá formar imagens em modo B, modo M, modo M color, Doppler Pulsado, Doppler Colorido, Doppler Contínuo  
Modos de divisão de imagem: Modo B, B/B, 4B, Doppler Colorido: B/C, B/C/M.  
Doppler Espectral B/C/D, B/D e D com Du

Desclassificação: Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada nesta pregão.

14/08/2024 - 14:47:47

O C E TORRES LTDA

50.979.927/0001-93

Item 0001 - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames abdominal, vascular, pequenas partes, músculo-esquelético, procedimentos anestésicos locais e aplicações superficiais.  
Plataforma baseada em Software Windows, para gerenciamento do fluxo de informações com capacidade de atualizações futuras.  
Sistema com pelo menos 99.000 canais de processamento digital  
Imagem de modo B com 256 níveis de cinza.  
Peso de no máximo de 6.0Kg para tornar viável o transporte.  
Bateria recarregável para no mínimo 60 minutos de utilização em exames sem que seja necessária a conexão a rede elétrica.  
Monitor LCD Colorido de no mínimo 14" tela plana de alta resolução incorporado ao equipamento.  
Disco Rígido ou Memória não volátil de no mínimo 100 GB  
Faixa Dinâmica de pelo menos 220 dB.  
Taxa de quadros de pelo menos 1.200 quadros por segundo. (Frame Rate)  
Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento, não retrátil, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa, controle de funções através de track ball.  
02 portasativas para transdutor.  
Imagen trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na de área de visualização.  
Técnica de otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B.  
Doppler Colorido e Pulsado com apenas um toque.  
Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real.  
Dicom 3.0  
Segunda Harmônica Tecdidual.  
Imagen Harmônica com Inversão de Pulso.  
Software integrado para melhor visualização da agulha e da anatomia em Modo B.  
Software integrado para visão expandida da anatomia ou imagem panorâmica, para gerar imagens de até 60 cm, capacidade para realizar medidas nestas imagens em modo B em todos os transdutores  
Sistema deverá formar imagens em modo B, modo M, modo M color, Doppler Pulsado, Doppler Colorido, Doppler Contínuo  
Modos de divisão de Imagem: Modo B, B/B, 4B, Doppler Colorido: B/C, B/C/M.  
Doppler Espectral B/C/D, B/D e D com Du

Desclassificação: Não houve cumprimento da empresa quanto ao envio da documentação de habilitação e proposta de preços exigida no sistema em cumprimento ao constante no edital.



08/08/2024 - 17:33:48

HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA 30.749.060/0001-72

Item 0001 - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames abdominal, vascular, pequenas partes, músculo-esquelético, procedimentos anestésicos locais e aplicações superficiais.  
Plataforma baseada em Software Windows, para gerenciamento do fluxo de informações com capacidade de atualizações futuras.  
Sistema com pelo menos 99.000 canais de processamento digital  
Imagem de modo B com 256 níveis de cinza.  
Peso de no máximo de 6,0Kg para tornar viável o transporte.  
Bateria recarregável para no mínimo 60 minutos de utilização em exames sem que seja necessária a conexão a rede elétrica.  
Monitor LCD Colorido de no mínimo 14" tela plana de alta resolução incorporado ao equipamento.  
Disco Rígido ou Memória não volátil de no mínimo 100 GB  
Faixa Dinâmica de pelo menos 220 dB.  
Taxa de quadros de pelo menos 1.200 quadros por segundo. (Frame Rate)  
Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento, não retrátil, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa, controle de funções através de track ball.  
02 portas ativas para transdutor.  
Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na de área de visualização.  
Técnica de otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B, Doppler Colorido e Pulsado com apenas um toque.  
Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real.  
Dicom 3.0  
Segunda Harmônica Tecdidual.  
Imagem Harmônica com Inversão de Pulso.  
Software integrado para melhor visualização da agulha e da anatomia em Modo B.



Desclassificação: Licitante não atendeu a solicitação constante em ata em atendimento as exigências do edital.

09/08/2024 - 14:39:15

AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 37.885.137/0001-80

Item 0001 - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - Sistema de Ultrassonografia totalmente digital, portátil, para uso em exames abdominal, vascular, pequenas partes, músculo-esquelético, procedimentos anestésicos locais e aplicações superficiais.  
Plataforma baseada em Software Windows, para gerenciamento do fluxo de informações com capacidade de atualizações futuras.  
Sistema com pelo menos 99.000 canais de processamento digital  
Imagem de modo B com 256 níveis de cinza.  
Peso de no máximo de 6,0Kg para tornar viável o transporte.  
Bateria recarregável para no mínimo 60 minutos de utilização em exames sem que seja necessária a conexão a rede elétrica.  
Monitor LCD Colorido de no mínimo 14" tela plana de alta resolução incorporado ao equipamento.  
Disco Rígido ou Memória não volátil de no mínimo 100 GB  
Faixa Dinâmica de pelo menos 220 dB.  
Taxa de quadros de pelo menos 1.200 quadros por segundo. (Frame Rate)  
Teclado alfanumérico incorporado ao equipamento, não retrátil, ergonômico, com iluminação indicadora da tecla ativa, controle de funções através de track ball.  
02 portas ativas para transdutor.  
Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na de área de visualização.  
Técnica de otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B, Doppler Colorido e Pulsado com apenas um toque.  
Visualização de imagem em modo B com Doppler colorido de um lado e modo B de outro em tempo real.  
Dicom 3.0  
Segunda Harmônica Tecdidual.  
Imagem Harmônica com Inversão de Pulso.  
Software integrado para melhor visualização da agulha e da anatomia em Modo B.

Desclassificação: Empresa não atendeu a solicitação constante no sistema em conformidade com as exigências do edital.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/08/2024 - 17:40	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
07/08/2024 - 08:01:35	Sistema	O processo foi retificado em 07/08/2024 às 08:01.
07/08/2024 - 08:01:35	Sistema	Motivo: A sessão prevista para hoje às 08:30h, daremos início às 09:20h. Obrigado a todos.
07/08/2024 - 09:25:14	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes




07/08/2024 - 09:26:49	Pregoeiro	Daremos inicio neste momento aos trabalhos relativos ao pregão eletrônico nº 028/2024
07/08/2024 - 09:37:39	Pregoeiro	Iniciaremos com analise de propostas cadastradas no sistema, posteriormente daremos prosseguimento com a rodada de lances desta licitação. Lembrando que meu contato com os senhores se dará exclusivamente por meio deste chat, favor ficarem atentos. Obrigado desde já pela participação de todos.
07/08/2024 - 09:37:41	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/08/2024 - 09:46:17	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/08/2024 - 09:46:17	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
07/08/2024 - 09:46:17	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
07/08/2024 - 09:46:17	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sinalizado até o encerramento deste prazo.
07/08/2024 - 09:46:17	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
07/08/2024 - 09:47:17	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
07/08/2024 - 09:47:17	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/08/2024 - 10:02:17	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
07/08/2024 - 10:06:17	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 07/08/2024 às 10:11:17.
07/08/2024 - 10:11:19	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 07/08/2024 às 10:11:17.
07/08/2024 - 10:11:19	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/08/2024 - 10:28:35	Sistema	O item 0001 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 92.000,00.
07/08/2024 - 10:28:35	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
07/08/2024 - 10:40:34	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Negociação Item 0001: Bom dia nossa empresa já está no valor mínimo para o item.
07/08/2024 - 10:41:05	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Negociação Item 0001: O prazo pra envio da ajustada é de 2 horas ?
07/08/2024 - 10:49:16	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
07/08/2024 - 10:49:48	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2024 - 11:05:12	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/08/2024 às 11:06.
07/08/2024 - 11:08:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/08/2024 às 11:18.
07/08/2024 - 11:23:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:23 do dia 07/08/2024.
07/08/2024 - 11:23:33	Sistema	Motivo: Solicito desta empresa o envio de catalogo para uma melhor visualização das especificações técnicas do produto.
07/08/2024 - 11:24:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2024 - 11:57:16	Pregoeiro	A sessão ficará suspensa retornaremos amanhã 08/08/2024, às 09h para apresentação de nossas considerações acerca da análise realizada na proposta e demais enexos solicitados para a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
08/08/2024 - 11:51:04	Pregoeiro	Bom dia. Devido o andamento de outros processos licitatórios este órgão retornaremos às 14h30h de hoje 08/08/2024 para darmos andamento aos trabalhos relativos a esta licitação.
08/08/2024 - 14:32:34	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes.
08/08/2024 - 14:35:55	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
08/08/2024 - 14:35:55	Sistema	Motivo: Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada nesta pregão.
08/08/2024 - 14:35:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 100.000,00.
08/08/2024 - 14:38:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:38 do dia 08/08/2024.
08/08/2024 - 14:38:19	Sistema	Motivo: Solicitamos a empresa arrematante HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA que encaminhe no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de desclassificação(caso não se cumpra este prazo) a documentação de habilitação e proposta de preços readequada/e catálogo com referência dos produtos, vedado o envio via e-mail.
08/08/2024 - 17:33:48	Sistema	O fornecedor HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
08/08/2024 - 17:33:48	Sistema	Motivo: Licitante não atendeu a solicitação constante em ata em atendimento as exigências do edital.
08/08/2024 - 17:33:48	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 102.000,00.
08/08/2024 - 17:41:08	Pregoeiro	Sessão suspensa retornaremos amanhã 09/08/2024, às 09h.
09/08/2024 - 09:28:22	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
09/08/2024 - 09:41:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:41 do dia 09/08/2024.
09/08/2024 - 09:41:24	Sistema	Motivo: Solicitamos a empresa arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA que encaminhe no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de desclassificação(caso não se cumpra este prazo) a documentação de habilitação e proposta de preços readequada/e catálogo com referência dos produtos, vedado o envio via e-mail.
09/08/2024 - 14:39:15	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.



09/08/2024 - 14:39:15	Sistema	Motivo: Empresa não atendeu a solicitação constante no sistema em conformidade com as exigências do edital.
09/08/2024 - 14:39:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP com lance de R\$ 102.199,67.
09/08/2024 - 14:40:17	Pregoeiro	Sessão ficará suspensa retornaremos na segunda feira 12/08/2024, às 09:30h.
12/08/2024 - 15:15:11	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes. Devido o andamento de outros processos licitatórios não conseguimos retornar com a sessão no horário previsto em ata. Fica a sessão adiada para amanhã 13/08/2024, às 09:30h. Agradecemos a compreensão de todos.
13/08/2024 - 09:44:03	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
13/08/2024 - 09:44:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:44 do dia 13/08/2024.
13/08/2024 - 09:44:49	Sistema	Motivo: Solicitamos a empresa arrematante J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP que encaminhe no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de desclassificação(caso não se cumpra este prazo) a documentação de habilitação e proposta de preços readequada/e catálogo com referência dos produtos, vedado o envio via e-mail.
13/08/2024 - 10:09:13	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2024 - 10:09:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2024 - 10:09:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2024 - 10:25:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2024 - 13:54:53	Pregoeiro	A sessão ficará suspensa para análise validação da documentação de habilitação da empresa arrematante J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA retornaremos amanhã 14/08/2024 às 11h00. Obrigado a todos.
14/08/2024 - 10:59:52	Pregoeiro	Bom dia.
14/08/2024 - 11:00:27	Pregoeiro	Faremos nossas considerações acerca da nossa analise da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP.
14/08/2024 - 11:01:31	Pregoeiro	Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão.
14/08/2024 - 11:02:00	Sistema	O fornecedor J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
14/08/2024 - 11:02:00	Sistema	Motivo: Em análise na proposta e preços e catálogo encaminhado via diligência solicitado por esta comissão verificamos que a empresa J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP não atende em seu produto as especificações técnicas constantes no edital desta licitação. Ficando assim desclassificada neste pregão.
14/08/2024 - 11:02:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante O C E TORRES LTDA com lance de R\$ 102.200,00.
14/08/2024 - 11:03:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 14/08/2024.
14/08/2024 - 11:03:17	Sistema	Motivo: Solicitamos a empresa arrematante O C E TORRES LTDA que encaminhe no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de desclassificação(caso não se cumpra este prazo) a documentação de habilitação e proposta de preços readequada/e catálogo com referência dos produtos, vedado o envio via e-mail.
14/08/2024 - 14:47:47	Sistema	O fornecedor O C E TORRES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
14/08/2024 - 14:47:47	Sistema	Motivo: Não houve cumprimento da empresa quanto ao envio da documentação de habilitação e proposta de preços exigida no sistema em cumprimento ao constante no edital.
14/08/2024 - 14:47:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. com lance de R\$ 161.140,00.
14/08/2024 - 14:49:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:48 do dia 14/08/2024.
14/08/2024 - 14:49:00	Sistema	Motivo: Solicitamos a empresa arrematante SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA que encaminhe no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de desclassificação(caso não se cumpra este prazo) a documentação de habilitação e proposta de preços readequada/e catálogo com referência dos produtos, vedado o envio via e-mail.
15/08/2024 - 17:30:01	Sistema	O fornecedor SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
15/08/2024 - 17:30:01	Sistema	Motivo: Não houve cumprimento da empresa SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA com relação a solicitação registrada em ata, ficando esta licitante desclassificada nesta licitação.
15/08/2024 - 17:30:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 15/08/2024 às 17:40.
15/08/2024 - 18:00:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.



  
RENILSON DE AQUINO LOPES  
Apoio

Renilson de Aquino Lopes  
Membro da CPL



  
  
Página 12 de 12

